Septol™ Virofex®

Désinfectant de surface à spectre d'action large, sans alcool

PRESENTATION

- SEPTOL Virofex® KIT : Coffret contenant un flacon distributeur et un étui distributeur contenant 10 cartouches.
- SEPTOL Virofex® Recharge : Etui distributeur contenant 10 cartouches.

COMPOSITION

Produit pur : Chlorure de benzalkonium, Quaternium 12, Acide peracétique, Cocamidopropyl bétaïne, C9-11 Pareth 8, Polyaminopropyl Biguanide, Excipients.

INDICATION

SEPTOL Virofex® est un désinfectant unique et complet pour un niveau élevé de nettoyage et désinfection des surfaces des dispositifs médicaux non-invasifs et d'autres dispositifs médicaux.

CONTRE-INDICATION

Allergie connue à l'un des composants.

PROPRIETES – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SEPTOL Virofex® peut être utilisé sur tous types de surfaces, y compris :

Verre	- en toute sécurité sur tous les types de verre.
Métal	- y compris aluminium, acier inoxydable et acier recouvert.
Plastic	- y compris PE, PP, nylon et acryliques.
Corian®	- y compris toutes autres surfaces synthétiques.

Efficacité :

Bactéries	E. coli, Pseudomonas aeruginosa, E.hirae, S. aureus, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, Serratia marcescens (Gram -), résistant à la Vancomycine, Enterococcus faecium (Gram +), Proteus mirabilis, Klesiella Pneumoniae NDM-1.
SARM	Staphylocoque doré resistant à la Meticilline
Virus	Hépatite B, Hépatite C, HIV, Poliovirus, Herpès, H1N1, Rotavirus
Champignons	Aspergillus niger, Candida Albicans, Penicillium
BK	Mycobacterium tuberculosis Avium, Mycobacterium tuberculosis Terrae
Spores	Clostridium Difficile (C-Diff), Cladosporium cladoporioides

Testé selon les normes :

BS EN 13727, BS EN 14348, BS EN 1276, BS EN 13704, EN 13624, EN 14476, ainsi que selon les lignes directrices de l'Association Allemande d'Hygiène et de Microbiologie (DGHM) et les normes AFNOR.

Tests réalisés par :

BioScience Laboratories USA. Daryl S. Paulson, Ph.D. Président & CEO / Volha Dzyakanava, Ph.D. Directeur des Etudes Principales
Abbott Analytical Ltd. and Glasgow Caledonian University of Life Sciences.
D C Watson BSc, C Biol, MIBiol, MIFST, ACIEHO, AMRSM Microbiologiste consultant.
C. Woodall, PhD University of Southampton (UK) 1989. Chercheur, Faculty of Medicine, University of Glasgow (UK) 1989-91. Chercheur Sénior, Laboratory for Clinical and Molecular Virology, University of Edinburgh (UK), 1991-97.

MODE D'EMPLOI

Remplir le flacon avec 500 ml maximum d'eau froide et propre (ne pas dépasser le niveau indiqué sur le flacon).

Insérer 1 cartouche de SEPTOL Virofex® dans le col du flacon.
Remettre l'embout spray en place (le tuyau plastique passant au milieu de la cartouche) et le revisser en appuyant sur celui-ci pour percer la cartouche. Le produit pur est ainsi libéré et le mélange dans l'eau se fait presque instantanément.
Agiter doucement le flacon pendant quelques secondes avant emploi. La solution reste active 12 mois après mélange.
Vaporiser les surfaces et les objets à traiter à une distance d'environ 30 cm pour les imprégner entièrement et laisser la solution agir pendant 30 secondes. Laisser sécher ou essuyer avec un tissu micro-fibre non pelucheux ou des lingettes sèches.

Septol™ Virofex® Dental

Désinfectant de surface à spectre d'action large, sans alcool

Le distributeur plastique de cartouches SEPTOL Virofex® est un système unique pour distribuer et conserver vos cartouches propres.
La surface du distributeur a été traitée avec un matériau BioMaster™ actif sur les bactéries y compris MRSA.
Enlever la languette de sécurité située sur la face avant du distributeur SEPTOL Virofex®.
Fixer le tampon Velcro double face au dos du distributeur et le placer sur une surface appropriée à proximité de la surface de travail (par ex. porte de placard, mur, surface carrelée, etc.).
Prendre la cartouche visible lorsque nécessaire, la cartouche suivante se mettant automatiquement en place pour l'utilisation suivante.
2 cartouches peuvent être insérées dans les fentes situées devant le flacon SEPTOL Virofex® pour gagner du temps lors du rechargement.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit dilué : Non dangereux.
Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Conserver hors de portée des enfants.
Port de gants appropriés recommandé.
Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement.

Produit pur : Corrosif - Nocif - Dangereux pour l'environnement.
Contient du chlorure d'alkyl-éthyl-benzyl-diméthyl-ammonium, du chlorure d'alkyl-diméthyl-benzyl-ammonium, du chlorure de didécyl-diméthylammonium, du chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide.
Nocif par contact avec la peau et par ingestion.
Provoque des brûlures.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Eviter le rejet dans l'environnement.
Consulter les instructions spéciales / la fiche de données de sécurité.

CONSERVATION

- Conserver à température ambiante (< 25°C).
- 3 ans à partir de la date de fabrication.

ELIMINATION DES PRODUITS

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

Produit professionnel dentaire
Classification CE selon la directive 2007/47/CE sur les Dispositifs Médicaux - Règle 15 : Classe IIa

CE 0120

Fabriqué par :
Topdental (Products) Ltd - UK

Distribué par :
PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND
Zone Industrielle du Phare
17 avenue Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC - FRANCE
Tel +33 (0) 556 34 06 07
Fax +33 (0) 556 34 92 92
www.acteongroup.com

Doc Q RD 135/02
1er Mars 2013

Septol™

Virofex® Dental

Désinfectant de surface à spectre d'action large, sans alcool

Publications récentes :

Woodall CJ, Watt NJ, Clements GB 1993: Simple technique for detecting RNA viruses by PCR in single sections of wax-embedded tissue. J Clin Pathol 46(3):276-277.
Woodall CJ, Riding MH, Graham DI, Clements GB 1994: Sequences specific for enteroviruses detected in spinal cord from patients with motor neurone disease. Brit Med J 308: 1541-1543.
Gow JW, Behan WM, Clements GB, Woodall CJ, Riding MH, Behan PO 1991: Enteroviral RNA sequences detected by polymerase chain reaction in muscle of patients with postviral fatigue syndrome. Brit Med J 302: 692-696.
Woodall CJ, McLaren LJ, Watt NJ 1994. Sequence and chromosomal localisation of the ovine latent transforming growth factor-ß1 gene. Gene 150, 371-373.
Alzuherri HM, Woodall CJ, Clarke CJ 1996. Elevated cytokine expression in ovine paratuberculosis. Vet Immunol immunopathol 49, 331-345.
Woodall CJ, McLaren NJ, Watt NJ 1997. Cytokine responses to maedi visna virus in sheep lung. Vet Pathol 34:204-211
Moreno B, Woodall CJ, Watt NJ, Harkiss GD 1998. Transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) expression in ovine lentivirus-induced lymphoid interstitial pneumo¬nia. Clin Exp Immunol, 112:74-83
Professeur Peter Lambert PhD., CNAA, London, BSc., Chimie, Publications récentes
Rollason J, Bastin L, Hilton AC, Pillay DG, Worthington T, McKeon C, De P, Burrows K, Lambert PA. Epidemiology of community-acquired meticillin-resistant Staphylo¬coccus aureus obtained from the UK West Midlands region. J Hosp Infect. 2008 Oct 9.
Small H, Adams D, Casey AL, Crosby CT, Lambert PA, Elliott T. Efficacy of adding 2% (w/v) chlorhexidine gluconate to 70% (v/v) isopropyl alcohol for skin disinfection prior to peripheral venous cannulation. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 Oct;29(10):963-5.
Karpanen TJ, Worthington T, Hendry ER, Conway BR, Lambert PA. Antimicrobial efficacy of chlorhexidine digluconate alone and in combination with eucalyptus oil, tea tree oil and thymol against planktonic and biofilm cultures of Staphylococcus epidermidis. J Antimicrob Chemother. 2008 Nov;62(5):1031-6.
Karpanen TJ, Worthington T, Conway BR, Hilton AC, Elliott TS, Lambert PA. Penetration of chlorhexidine into human skin. Antimicrob Agents Chemother. 2008 Oct;52(10):3633-6.
Wheeldon LJ, Worthington T, Lambert PA, Hilton AC, Lowden CJ, Elliott TS. Antimicrobial efficacy of copper surfaces against spores and vegetative cells of Clostridium difficile: the germination theory. J Antimicrob Chemother. 2008 Sep;62(3):522-5.
Wheeldon LJ, Worthington T, Hilton AC, Lambert PA, Elliott TS. Sporicidal activity of two disinfectants against Clostridium difficile spores. Br J Nurs. 2008 Mar 13- 26;17(5):316-20.
Costello C, Karpanen T, Lambert PA, Mistry P, Parker KJ, Rathbone DL, Ren J, Wheeldon L, Worthington T. Thiosemicarbazones active against Clostridium difficile. Bioorg Med Chem Lett. 2008 Mar 1;18(5):1708-11.
McDowell A, Perry AL, Lambert PA, Patrick S. A new phylogenetic group of Propionibacterium acnes. J Med Microbiol. 2008 Feb;57(Pt 2):218-24.
Dias IH, Marshall L, Lambert PA, Chapple IL, Matthews JB, Griffiths HR. Gingipains from Porphyromonas gingivalis increase the chemotactic and respiratory burst-prim¬ing properties of the 77-amino-acid interleukin-8 variant. Infect Immun. 2008 Jan;76(1):317-23.

VLA Scientifique
Produits et services scientifiques partout dans le monde.
Pour améliorer son activité scientifique, VLA développe des produits et services commerciaux et les met à la disposition des scientifiques du monde entier. Nous avons maintenant regroupé ces services sous le nom de VLA Scientifique.
VLA Scientifique apporte une expertise scientifique, des services de haute qualité, des méthodes innovantes et dans de nombreux cas, des produits et services uniques sur le marché incluant : Réactifs pour laboratoires spécialisés et kits de diagnostic, gamme leader mondiale de programmes d'essais d'aptitude, services de tests pour vétérinaires, services de tests et de développement pour l'industrie pharmaceutique, tests d'efficacité des désinfectants et produits, recherche vétérinaire et projets de développement, analyses des risques et services de données scientifiques, service unique de caractérisation des cellules, programmes d'amélioration de la santé animale, services d'imagerie et d'histopathologie.
VLA Scientifique comprend des Responsables Développement des Affaires, un service Conseillers Clientèle, des scientifiques expérimentés et des spécialistes Production de Réactifs.
VLA Scientifiques bénéficie de la riche histoire scientifique de VLA et de sa contribution, au cours du siècle passé, aux recherches vétérinaires. L'Agence est un laboratoire de référence internationale pour de nombreuses maladies et les scientifiques de VLA ont une influence significative sur le développement de la santé animale et les stratégies de sécurité alimentaire au Royaume Uni et dans le monde entier.
VLA a gagné une réputation internationale pour son excellence scientifique lors de ces réalisations et conduit le monde à développer de nouvelles techniques pour le diagnostic et la gestion des maladies animales.